

令和2年6月9日

お得意先様各位

三田理化工業株式会社

消耗品事業部



ロット番号の誤表示品の回収について

拝啓 平素は弊社ラックーン製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の期間に出荷致しました医療機器「SSV-10C-BFA シールステリバイアル 10ml」の中に、誤ったロット番号の製品（本来 L10018847 と記載するラベルを、誤って L10018828 と記載するラベルを貼付）を2箱出荷致しました。（PMDA 回収情報（医療機器）掲載済み 番号：2-9482）

本ロットをお受け取り頂きましたお客様にはご心配をお掛けし誠に申し訳ございません。

なお、誤って出荷した2箱は既に納入先を特定の上、回収・交換させて頂きました。

製品名・滅菌期限等その他に誤りはなく、本件において重大な健康を害する恐れはございません。

再発防止及び品質向上に、なお一層努めてまいりますので、今後とも何卒よろしく願い申し上げます。

敬具

記

○該当商品

【商品名】 SSV-10C-BFA シールステリバイアル 10ml・10本入 （医療機器）

【出荷日】 2020年5月22日～2020年6月5日

【ロット番号】 正 L10018847 誤 L10018828

○連絡先

三田理化工業株式会社 本社 担当：宮原

TEL：06-6458-0971

FAX：06-6458-2393

e-mail：sales@racocon.co.jp

以上



正



誤